Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

LESAK s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Božetěchova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno

CMC pro obor měřené veličiny: Hmotnost

Poř. číslo[1]	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření[2]	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu[3]	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
1*	Váhy s neautomatickou činností, elektronické	1 mg	až	6 kg			$U = \sum_{i=1}^{n} U_i$ Podle použitých závaží při kalibraci může U_i nabývat těchto hodnot U_1 (1 mg) = 0,002 mg U_2 (2 mg) = 0,002 mg U_3 (5 mg) = 0,002 mg U_4 (10 mg) = 0,003 mg U_5 (20 mg) = 0,004 mg U_6 (50 mg) = 0,004 mg U_7 (100 mg) = 0,006 mg U_8 (200 mg) = 0,007 mg U_9 (500 mg) = 0,009 mg U_{10} (1 g) = 0,01 mg U_{11} (2 g) = 0,02 mg U_{12} (5 g) = 0,02 mg U_{13} (10 g) = 0,02 mg U_{14} (20 g) = 0,03 mg U_{15} (50 g) = 0,04 mg U_{16} (100 g) = 0,06 mg U_{17} (200 g) = 0,1 mg U_{18} (500 g) = 0,3 mg U_{19} (1 kg) = 0,6 mg U_{20} (2 kg) = 1 mg	Porovnání s etalonem třídy E2	KP 1	

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

LESAK s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Božetěchova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno

Poř. číslo[1]	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření[2]	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu[3]	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
		1 mg	až	10 kg			U_1 (1 mg) = 0,007 mg U_2 (2 mg) = 0,007 mg U_3 (5 mg) = 0,007 mg U_4 (10 mg) = 0,008 mg U_5 (20 mg) = 0,01 mg U_6 (50 mg) = 0,02 mg U_7 (100 mg) = 0,02 mg U_8 (200 mg) = 0,02 mg U_9 (500 mg) = 0,03 mg U_{10} (1 g) = 0,04 mg U_{11} (2 g) = 0,04 mg U_{12} (5 g) = 0,06 mg U_{13} (10 g) = 0,07 mg U_{14} (20 g) = 0,08 mg U_{15} (50 g) = 0,1 mg U_{16} (100 g) = 0,2 mg U_{17} (200 g) = 0,4 mg U_{18} (500 g) = 0,8 mg U_{19} (1 kg) = 2 mg U_{20} (2 kg) = 4 mg U_{21} (5 kg) = 8 mg	Porovnání s etalonem třídy F1		
		1 mg	až	65 kg			U_1 (1 mg) = 0,02 mg U_2 (2 mg) = 0,02 mg U_3 (5 mg) = 0,02 mg U_4 (10 mg) = 0,03 mg U_5 (20 mg) = 0,04 mg U_6 (50 mg) = 0,04 mg U_7 (100 mg) = 0,06 mg	Porovnání s etalonem třídy F2		

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

LESAK s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Božetěchova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno

Poř. číslo[1]	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah min	jedn.	max	jedn.	Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření[2]	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu[3]	Pracoviště
							U_8 (200 mg) = 0,07 mg U_9 (500 mg) = 0,08 mg U_{10} (1 g) = 0,1 mg U_{11} (2 g) = 0,2 mg U_{12} (5 g) = 0,2 mg U_{13} (10 g) = 0,3 mg U_{14} (20 g) = 0,4 mg U_{15} (50 g) = 0,4 mg U_{16} (100 g) = 0,6 mg U_{17} (200 g) = 1 mg U_{18} (500 g) = 3 mg U_{19} (1 kg) = 6 mg U_{20} (2 kg) = 10 mg U_{21} (5 kg) = 30 mg U_{22} (10 kg) = 60 mg U_{23} (20 kg) = 100 mg			
		1 g	až	8000 kg			U_1 (1 g) = 0,4 mg U_2 (2 g) = 0,4 mg U_3 (5 g) = 0,6 mg U_4 (10 g) = 0,7 mg U_5 (20 g) = 0,8 mg U_6 (50 g) = 1 mg U_7 (100 g) = 2 mg U_8 (200 g) = 4 mg U_9 (500 g) = 8 mg U_{10} (1 kg) = 20 mg U_{11} (2 kg) = 40 mg U_{12} (5 kg) = 90 mg	Porovnání s etalonem třídy M1		

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN
- 1 -

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

LESAK s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Božetěchova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno

Poř. číslo[1]	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah				Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření[2]	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu[3]	Pracoviště
		min	jedn.	max	jedn.					
							U_{13} (10 kg) = 200 mg U_{14} (20 kg) = 400 mg U_{15} (50 kg) = 800 mg U_{16} (100 kg) = 2 g U_{17} (200 kg) = 4 g U_{18} (500 kg) = 9 g			

[1] V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

[2] Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

[3] U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).